



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
(ЦМТУ Росстандарта)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ (ИНСПЕКЦИЯ) ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦМТУ Росстандарта, 109074, Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1, тел.: (495) 660-60-55, факс: (499) 270-14-91  
300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 91, тел./факс: (4872) 25-08-71/(4872) 25-08-67

адрес территориального отдела (инспекции) ЦМТУ Росстандарта, телефон, факс

Наименование проверяемого лица: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад № 2 общеразвивающего вида (МКДОУ: д/с № 2)

(организационно-правовая форма, наименование юридического лица;

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

место нахождения и место фактического осуществления деятельности - Тульская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 7в

место нахождения юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя,

место фактического осуществления ими деятельности

Руководителю, индивидуальному предпринимателю: муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения: детского сада № 2 общеразвивающего вида

наименование юридического лица

Афанасьевой Светлане Васильевне

фамилия, имя, отчество руководителя или индивидуального предпринимателя

## ПРЕДПИСАНИЕ

от «07» февраля 2018 г.  
№ 35/215

Выдано на основании акта проверки  
от «07» февраля 2018 г. № 35/215

При осуществлении федерального государственного метрологического надзора за соблюдением обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений установлено:

- при осуществлении деятельности в области здравоохранения

(указать сферу государственного регулирования в соответствии с ч. 3 ст. 1 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений».

- при применении средств измерений, к которым установлены обязательные требования в соответствии с ч. 5 ст. 1 Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

нарушение законодательства об обеспечении единства измерений в части применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений средств измерений, не прошедших в установленном порядке поверку, в количестве 3 ед., а именно: динамометры медицинские электронные ручные ДМЭР-30 № 00170, № 00668 в количестве 2 ед., расходомер электромагнитный Питерфлоу РС № 024043 в количестве 1 ед., что является нарушением ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 13 Федерального Закона Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

факты нарушений и наименование законодательного акта, нормативного правового документа по обеспечению единства измерений, требования которых нарушены (выполнение измерений без применения аттестованных методик (методов) измерений, с несоблюдением требований аттестованных методик (методов) измерений, применение стандартных образцов (СО) неутвержденного типа, средств измерений неутвержденного типа и (или) не прошедших поверку, несоблюдение обязательных метрологических требований к измерениям, эталонам единиц величин, СО, средствам измерений и обязательных требований к условиям их эксплуатации

На основании части 4 статьи 17 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» **указанные нарушения в срок до «07» марта 2018 г. ПРЕДПИСЫВАЮ УСТРАНИТЬ** применение средств измерений, не прошедших в установленном порядке поверку

перечень устраняемых нарушений

На основании части 4 статьи 17 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» **применение** средств измерений: динамометры медицинские электронные ручные

выпуск и/или применение, ввоз, продажу

тип, номер средств измерений

ДМЭР-30 № 00170, № 00668 в количестве 2 ед., расходомер электромагнитный Питерфлоу РС № 024043 в количестве 1 ед.

с «07» февраля 2018 г. **ПРЕДПИСЫВАЮ ЗАПРЕТИТЬ** до устранения выявленных нарушений.


В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок предписания влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

О выполнении настоящего предписания **прошу уведомить до «12» марта 2018 г.**

Главный государственный инспектор  
территориального отдела (инспекции)  
по Тульской области ЦМТУ Росстандарта  
(должность лица, осуществляющего  
государственный контроль (надзор))




  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Савенкова О.М.  
(фамилия, инициалы)

С предписанием ознакомлен(а) и один экземпляр получил(а) «07» февраля 2018 г.

Заведующий МКДОУ: д/с № 2  
(должность)



  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Афанасьева С. В.  
(фамилия, инициалы)